



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de **ADMINISTRAÇÃO**  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022**

**REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, CPAP E BIPAP.**

Ref: Impugnação ao Edital: **WHITE MARTINS**  
**GASES INDUSTRIAIS LTDA EIRELI - email de 30/11/2022-13:07hr**

## 1ª ALTERAÇÃO DE EDITAL

Considerando a impugnação apresentada pela empresa **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA EIRELI**, acatada parcialmente, emitimos a presente para alterar o descritivo dos **LOTES 01 e 03** constante no ANEXO 1, ANEXO 2A, ANEXO 07 e ANEXO 09 do edital do Pregão Eletrônico 072/2022 conforme segue:

### ❖ **LOTE 01:**

**Onde se lê:**

**Locação mensal de aparelho concentrador de oxigênio 5 litros**, que funcione através de ligação na rede elétrica, cujo principio de funcionamento se baseie na retenção de nitrogênio e outros gases que compõe o ar ambiente, proporcionando ao paciente oxigênio através de mascara ou cateter nasal, numa concentração variável de 90 a 95%, dependendo do fluxo prescrito, com backup de 3 a 7 m<sup>3</sup>, composto de regulador, fluxômetro, umidificador e cateter, com as seguintes características: alimentação de 127 ou 220v, fluxo mínimo de 0,5 a 5 litros/minuto, **pressão de saída de 620 MBAR**, acompanhado de umidificador cateter nasal ou mascara.

**Leia -se:**

**Locação mensal de aparelho concentrador de oxigênio 5 litros**, que funcione através de ligação na rede elétrica, cujo principio de funcionamento se baseie na retenção de nitrogênio e outros gases que compõe o ar ambiente, proporcionando ao paciente oxigênio através de mascara ou cateter nasal, numa concentração variável de 90 a 95%, dependendo do fluxo prescrito, com backup de 3 a 7 m<sup>3</sup>, composto de regulador, fluxômetro, umidificador e cateter, com as seguintes características: alimentação de 127 ou 220v, fluxo mínimo de 0,5 a 5 litros/minuto, **pressão de saída entre 380 620 MBAR**, acompanhado de umidificador cateter nasal

### ❖ **LOTE 03:**

**Onde se lê:**

**Locação mensal de aparelho médico respiratório para tratamento de apneia do sono e correção de distúrbios respiratórios (CPAP com umidificador)**, que funcione através de emissão de ar atmosférico e pressões positivas controladas. Utilizado em ambiente domiciliar, deve permitir a regulagem da pressão inspiratória positiva entre 4 a 20 cm h<sub>2</sub>o e também a **regulagem de elevação progressiva dos valores pressão entre 0 até 30 minutos (tempo de rampa)**; alimentação de 127 ou 220v, sendo equipamento silencioso e compacto, com os consumíveis CPAP incluso na primeira instalação, com os acessórios: circuito para CPAP não invasivo; filtros; **mascara em gel de acordo com o tamanho adequado para cada paciente**, fixador de mascara e umidificador.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de **ADMINISTRAÇÃO**  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Leia -se:

**Locação mensal de aparelho médico respiratório para tratamento de apneia do sono e correção de distúrbios respiratórios (CPAP com umidificador)**, que funcione através de emissão de ar atmosférico e pressões positivas controladas. Utilizado em ambiente domiciliar, deve permitir a regulagem da pressão inspiratória positiva entre 4 a 20 cm h<sub>2</sub>o e também a **regulagem de elevação progressiva dos valores pressão entre 0 até 45 minutos (tempo de rampa)**; alimentação de 127 ou 220v, sendo equipamento silencioso e compacto, com os consumíveis CPAP incluso na primeira instalação, com os acessórios: circuito para CPAP não invasivo; filtros; **mascara em gel ou máscara em silicone de acordo com o tamanho adequado para cada paciente**, fixador de mascara e umidificador.

Para o **LOTE 04 ESCLAREÇO** que o equipamento deverá conter as modalidade AVAPS, S,ST,T,PC, intervalo de Frequência Respiratória mínima de 8ipm e máxima 20ipm, incluindo funções de vários parâmetros monitorados, o que inclui a pressão inspiratória e expiratória, para atender pacientes de diversas patologias, como APNEIA GRAVE E SÍNDROMES NEUROMUSCULARES. Consumíveis BIPAP relativos a BILEVEL INVASIVO e consumíveis BIPAP relativos a BILEVEL NÃO INVASIVO

Em decorrência das alterações supra, ficam alteradas as datas do certame, conforme segue:

**Pregão Eletrônico:** Nº 072/2022; **Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, CPAP E BIPAP.; **Edital Na Íntegra:** ([www.leme.sp.gov.br](http://www.leme.sp.gov.br) Entrar No Link: Licitações - Pregões Eletrônicos 2022); [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br); na Rua. Joaquim Mourão, 289, Centro – Leme, Das 08 Às 16 Horas, Departamento de Licitações e Compras: **ABERTURA DAS PROPOSTAS:** AS 08:01 DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022; **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** **AS 09:30 HORAS DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022;** **REFERÊNCIA DE TEMPO:** PARA TODAS AS REFERÊNCIAS DE TEMPO SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF.LOCAL: [www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br) “ACESSO IDENTIFICADO”. *Deverão os licitantes ficarem cientes para acompanhamento de eventuais alterações até a data marcada para abertura*

Leme, 02 de dezembro de 2022

DR. GUSTAVO ANTONIO CASSIOLATTO FAGGION  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
Órgão Gerenciador