



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Leme, 30 de outubro de 2.025.

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 092/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 9.699/2025**

Em resposta à solicitação apresentada pela empresa KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., referente aos itens 18 (Foco Cirúrgico Auxiliar) e 19 (Foco Cirúrgico de Teto) do edital em questão, informamos que, após análise técnica, as modificações propostas não se mostram necessárias nem justificadas sob o ponto de vista da funcionalidade e desempenho dos equipamentos.

Verificou-se que os descritivos atualmente previstos contemplam integralmente os requisitos técnicos e de seguranças compatíveis com o uso hospitalar, conforme padrões de mercado e normas da ABNT e da ANVISA. As sugestões apresentadas representam incrementos opcionais de tecnologia e acabamento, sem impacto direto na finalidade do objeto, podendo, inclusive, restringir a competitividade e elevar o custo das propostas.

No caso do item 18, as propostas relativas à dissipação passiva de calor, base anticorrosiva e índice de proteção IP44 configuraram aprimoramentos construtivos não essenciais, visto que o modelo descrito já assegura resistência e desempenho adequados à aplicação hospitalar.

Quanto ao item 19, as solicitações de ampliação da vida útil dos LEDs, variação estendida de temperatura de cor, inclusão de recursos como LCC, controle remoto e índices superiores de proteção (IP54), embora representem melhorias tecnológicas, não constituem requisitos indispensáveis para a execução satisfatória da função do foco cirúrgico de teto, podendo limitar a competitividade do certame sem ganho técnico proporcional.

Dessa forma, entende-se pelo **indeferimento das alterações propostas**, mantendo-se os descritivos originais do edital, por atenderem adequadamente às necessidades da Administração e garantirem a ampla participação dos fornecedores do setor.

Atenciosamente,

**Lisete Cristina Ganéo Kinock**  
Secretária da Saúde





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9DF0-B11F-AA90-9868

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LISETE CRISTINA GANÉO KINOCK (CPF 053.XXX.XXX-11) em 30/10/2025 10:40:20 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/9DF0-B11F-AA90-9868>