



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de **ADMINISTRAÇÃO**

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2025

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA.

Considerando e com fundamento na análise das amostras remetidas pelas empresas provisoriamente vencedoras, realizada pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde, sob orientação da Sra Maria Bernadete Gasparotto, conforme resposta em Despachos PA nº 6.776/2025, juntado aos autos, decidido.

A decisão destes lotes será inserida junto ao site que opera a disputa (www.novobbmnet.com.br), para conhecimento dos interessados.

➤ LOTE 002 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PRODUTO OFERTADO: DERMA CURE PLUS

AMOSTRA REPROVADA: Não atende as especificações do Edital. Solicitado gaze inelástica, amostra apresenta bandagem elástica.

➤ LOTE 006 - VR VALADARES SUPRIMENTOS LTDA

PRODUTO OFERTADO: COLOPLAST

AMOSTRA REPROVADA: Não atende as especificações do Edital. Solicitado em sua composição fibras naturais de alginato de cálcio e sódio, produto ofertado não contém sódio na sua composição.

➤ LOTE 013 - CIRURGICA UNIÃO LTDA

PRODUTO OFERTADO: SKINUPPER

AMOSTRA REPROVADA: Não atende as especificações do Edital. O edital solicita película fina de poliuretano; amostra apresentada possui película grossa. Não apresenta sistema de aplicação composto por uma fita adesiva vermelha dobrada que liga o papel siliconado com a película protetora superior em uma das laterais do produto, para facilitar e dar suporte durante a aplicação. Ademais, ao testá-la observa-se pouca mobilidade.

➤ LOTE 015 - VR VALADARES SUPRIMENTOS LTDA

PRODUTO OFERTADO: COLOPLAST

AMOSTRA REPROVADA: Não atende as especificações do Edital. O produto ofertado não possui em sua composição camada núcleo superabsorvente (SAP) em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capazes de absorver e reter até 177g/100 cm² de exsudato, conforme solicitado.

➤ LOTE 016 - VR VALADARES SUPRIMENTOS LTDA

PRODUTO OFERTADO: COLOPLAST

AMOSTRA REPROVADA: Não atende as especificações do Edital. O produto ofertado não possui em sua composição 03 hidrocolóides e nem espuma de poliuretano, prejudicando o nível de absorção e barreiras em relação à ferida.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de **ADMINISTRAÇÃO**

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

➤ LOTE 018 - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PRODUTO OFERTADO: SILICARE AG

AMOSTRA REPROVADA: Não atende as especificações do Edital. O produto ofertado é de curativo filme transparente, com fenestra TNT, trata-se de um fixador de cateter venoso.

➤ LOTE 019 - VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PRODUTO OFERTADO: HARTMANN OF MOD PROXIMEL SACRAL

AMOSTRA REPROVADA: Não atende as especificações do Edital quanto à ser constituído de fibras 100% carboximetilcelulose, e camada de ligação, interferindo na otimização do microclima ideal e estabilidade da estrutura do curativo.

➤ LOTE 020 - VR VALADARES SUPRIMENTOS LTDA

PRODUTO OFERTADO: COLOPLAST

AMOSTRA REPROVADA: Não atende as especificações do Edital quanto à ser constituído de fibras 100% carboximetilcelulose, e camada de ligação, interferindo na otimização do microclima ideal e estabilidade da estrutura do curativo.

➤ LOTE 026 - CIRURGICA UNIÃO LTDA

PRODUTO OFERTADO: BARRIER BYILDCARE

AMOSTRA REPROVADA: Não atende as especificações do Edital. O edital exige que o produto seja lipofílico, cuja ação mecânica cria uma barreira protetora que repele a agua e secreções impedindo a maceração da pele. O produto fornecido não atende a essa especificação, pois não possui características lipofílicas.

Demais lotes, AMOSTRAS APROVADAS.

Diante do exposto, designo para o dia 05.11.2025 a partir das 09:00 horas retorno da sessão para prosseguimento do certame para os lotes 02-06-13-15-16-18-19-20 e 26, ficando convocadas para apresentação de arquivo de PROPOSTA FINAL, as licitantes participantes, pela ordem de classificação de preços, no prazo de até 02 horas, sob pena de desclassificação, conforme segue:

LOTES	CONVOCADAS	ULTIMO PREÇO OFERTADO
02	IMPERIUM MED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.750,00
06	MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 24.636,00
13	BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA	R\$ 33.005,00
15	AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 34.725,00
16	VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 24.950,00
18	IMPERIUM MED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 57.800,00
19	VR VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 35.000,00
20	IMPERIUM MED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 22.500,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de **ADMINISTRAÇÃO**

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

26

W.A. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

R\$ 17.655,00

Os licitantes convocados deverão **redefinir os valores dos itens** para o lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens" e, posteriormente, inserir o solicitado dentro da plataforma de disputa, por meio do botão "Anexar Documento de Proposta Final", disponibilizado nas ações.

Ficam os interessados intimados da presente.

Leme, 03 de novembro de 2025

Christian Cláudio Alves
PREGOEIRO

Assinado por 1 pessoa: CHRISTIAN CLAUDIO ALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/6F01-018A-35EB-C2D7> e informe o código 6F01-018A-35EB-C2D7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6F01-018A-35EB-C2D7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CHRISTIAN CLAUDIO ALVES (CPF 154.XXX.XXX-61) em 03/11/2025 14:38:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/6F01-018A-35EB-C2D7>