



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2025

**REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR
PARA A NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO JARDIM ANGÉLICA, PARA O CENTRO ONCOLÓGICO, PRONTO
ATENDIMENTO MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.**

Considerando e com fundamento na análise dos catálogos remetidos pelas empresas provisoriamente vencedoras, realizada pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme resposta em Despachos nº 15 do PA nº 9.699/2025, juntado aos autos, decido.

A decisão destes lotes será inserida junto ao site que opera a disputa (www.novobbmnet.com.br), para conhecimento dos interessados.

➤ LOTE 002 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PRODUTO OFERTADO: NEVONI / 5005

CATÁLOGO REPROVADO: O Aspirador de Secreção NeVoni 5005 BRST não atende plenamente ao descriptivo técnico do edital, notadamente quanto à vazão inferior ao mínimo exigido (15 L/min) solicitado mínimo de 20 L/min). Ausência de comprovação do material autoclavável do frasco. Falta de menção ao protetor térmico no motor.

➤ LOTE 003 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PRODUTO OFERTADO: ALT / 21LT

CATÁLOGO REPROVADO: Não atende as especificações do Edital, notadamente exigido "secagem eficiente com porta entre aberta". O catálogo do modelo ALT Plus especifica "secagem com porta fechada".

➤ LOTE 007 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PRODUTO OFERTADO ITEM 01 - CADEIRA DE RODAS PROLIFE PLUS

CATÁLOGO REPROVADO: Não atende ao edital, notadamente devido às divergências: o catálogo e a pesquisa indicam uma estrutura dobrável em X (duplo X), enquanto o descriptivo exige uma estrutura tipo monobloco (que é fixa, o oposto de dobrável). Além disso, a Faixa de Panturrilha é listada como Opcional no catálogo, mas exigido no descriptivo

PRODUTO OFERTADO ITEM 02 - CADEIRA DE RODAS PROLIFE INFANTIL

CATÁLOGO REPROVADO: Não atende ao edital, notadamente exigido “apoio para as panturilhas e “apoio para os pés com elevação de panturilha”. O catálogo indica “Faixa Panturilha (Opcional)” e “Elevação de pernas (Opcional)”. Largura do Assento: a largura (35 cm) é menor que o mínimo exigido (40 cm). Rodas Traseiras: o modelo apresentado no catálogo são aro 24”, e a exigência é de aro 20” macicos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

➤ LOTE 009 - COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA

PRODUTO OFERTADO: SALUTEM

CATÁLOGO REPROVADO: Não atende as especificações do Edital. **Movimentos:** O edital exige os movimentos "fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco e elevação de leito". O catalogo apresentado lista "Fowler, Semi Fowler, Flexão de Pernas, Cardio e Dorsal", omitindo os movimentos "sentado", "vascular" e, principalmente, a "elevação de leito". **Colchão:** O edital exige "Acompanha colchão com densidade 28". O catalogo informa "Opcional: Colchão".

➤ LOTE 014 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PRODUTO OFERTADO: CONTEC / PORTATIL

CATÁLOGO REPROVADO: Não atende as especificações do Edital. Após análise, conclui-se que o Doppler Fetal modelo CONTEC 10CL NÃO ATENDE integralmente ao descriptivo exigido no edital. As principais não conformidades observadas são: Ausência de porta USB para transferência de dados e carga. Frequência da sonda: (3.0 MHz em vez de 2.0 MHz). Precisão inferior: (± 2 bpm quando o edital exige ± 1 bpm). Intensidade superior: (20 mW/cm² contra 10 mW/cm²).

➤ LOTE 023 - GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

PRODUTO OFERTADO: GIGANTE GE-9000-G

CATÁLOGO REPROVADO: O catalogo do modelo Gigante GE-9000-G apresenta divergências com o edital: **Trendelemburg:** O edital exige "Assento com movimento TRENDELEMBURG". O catálogo lista "Trendelemburg manual" como "acessórios opcionais". **Estofamento:** O edital exige "Estofamento PU injetado... revestido em PVC cristal". O catálogo informa "Estofamento em espuma auto-extinguível revestido em courvime". O estofamento em espuma injetada ("Estofamento GRN") é listado como opcional. **Apoio de Cabeça:** O edital exige "Apoio de cabeça anatômico". O catálogo informa "encosto de cabeca fixo". O apoio anatômico é um opcional ("Travesseiro c/ apoio de cabeça anatômico"). **Dimensões:** A altura mínima do assento exigida é de 65cm , enquanto o catálogo informa 0,55 m (55cm)

➤ LOTE 026 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

PRODUTO OFERTADO: GOWLLANDS / 3008

CATÁLOGO REPROVADO: Não atende as especificações do Edital notadamente, o produto (modelo Gowllands 3008M) ofertado é incompativel com o edital nas especificações técnicas: Iluminação: Edital exige "Lâmpada 2.5V de LED". Catálogo oferece "Lâmpada convencional de 3,5V". Alimentação: Edital exige "2 pilhas alcalinas tipo AA". Catálogo especifica "2 pilhas medias tipo C

➤ LOTE 027 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PRODUTO OFERTADO: MIKATOS / PORTATIL

CATÁLOGO REPROVADO: Não atende as especificações do Edital. O catálogo referente ao Otoscópio Mini Missouri LED da Mikatos, NÃO ATENDE integralmente ao descriptivo solicitado, apresentando divergências em vários requisitos técnicos e de acessórios. **Ampliação da imagem:** O aumento da lente é de 2,5x, sendo inferior ao mínimo de 3x solicitado. **Clip de bolso:** O catálogo não menciona o "Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático". O catálogo não menciona a seleção de 5 aberturas ou a presença de filtro verde livre de vermelho





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Demais lotes, CATÁLOGOS APROVADOS.

Diante do exposto, designo para o dia 18.11.2025 a partir das 08:30 horas retorno da sessão para prosseguimento do certame para os lotes 02-03-07-09-14-23-26-27, ficando convocadas para apresentação de arquivo de PROPOSTA FINAL E CATÁLOGO, as licitantes participantes, pela ordem de classificação de preços, no prazo de até 02 horas, sob pena de desclassificação, conforme segue:

LOTES	CONVOCADAS	ULTIMO PREÇO OFERTADO
02	Ciruroma Comercial Ltda	R\$ 2.600,00
03	BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 20.320,00
07	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 41.940,00
09	Ciruroma Comercial Ltda	NEGOCIAÇÃO
14	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.830,00
23	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 30.280,00
26	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.990,00
27	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 4.700,00

Os licitantes convocados deverão redefinir os valores dos itens para o lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens" e, posteriormente, inserir o solicitado dentro da plataforma de disputa, por meio do botão “Anexar Documento de Proposta Final”, disponibilizado nas ações.

Para o lote 09, o licitante fica convocado, como condição para a apresentação de proposta e catálogo, a realizar a redefinição de valores mediante a apresentação de um novo lance que corresponda ao mesmo valor dos orçamentos constantes nos autos (R\$ 6.930,00 - Seis mil, novecentos e trinta)

Ficam os interessados intimados da presente.

Leme, 14 de novembro de 2025

Eliane Aleixo Villa Chagas
PREGOEIRA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F210-C4C8-791B-4476

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELIANE ALEIXO VILLA CHAGAS (CPF 276.XXX.XXX-10) em 14/11/2025 16:13:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/F210-C4C8-791B-4476>