

Assunto: Pedido de esclarecimentos - PROCESSO ADM 1DOC**Nº 11.580/2025 / PE Nº 114/2025**

De Comex - Fabio <comex@lojaortopedica.com.br>

Para: <licitacao@leme.sp.gov.br>

Data 12/01/2026 17:01



Prezados Senhores (as),

Cumprimentando-os cordialmente, vimos, por meio deste, solicitar **esclarecimentos e eventual revisão** das especificações e valores estimados relativos aos itens abaixo relacionados, pelos motivos técnicos a seguir expostos:

Item 50: O valor estimado apresenta-se **inexequível**, uma vez que o custo médio de produção de uma prótese com as características descritas situa-se em torno de **R\$ 2.700,00**, mesmo quando considerados os componentes mais econômicos disponíveis no mercado.

Item 53: Solicitamos esclarecimento quanto à **capacidade de carga exigida para o joelho protético**, especificamente se o requisito refere-se a **capacidade mínima de 125 kg** ou a **capacidade máxima de até 125 kg**.

Tal questionamento se faz necessário porque joelhos confeccionados em titânio, com as características descritas, usualmente suportam **até 125 kg**. Modelos com capacidade superior, como aqueles que suportam **até 150 kg**, enquadram-se em categorias distintas (joelhos hidráulicos monocêntricos ou pneumáticos), o que impacta significativamente o custo, tornando o valor estimado igualmente **inexequível**.

Item 54: O valor estimado também se mostra **inexequível**, considerando que o custo de produção de uma prótese deste nível gira em torno de **R\$ 3.200,00**, mesmo com a utilização de componentes de menor custo disponíveis no mercado.

Item 55: O valor estimado revela-se **incompatível com a realidade de mercado**, uma vez que o custo médio de produção de uma prótese com as especificações exigidas é da ordem de **R\$ 5.000,00**, ainda que adotados os componentes mais econômicos.

Item 57: De igual modo, o valor estimado apresenta-se **inexequível**, considerando que o custo médio de produção de uma prótese deste nível técnico situa-se em torno de **R\$ 7.000,00**, mesmo com a adoção de soluções de menor custo disponíveis no mercado.

Diante do exposto, solicitamos, respeitosamente, os devidos esclarecimentos e, se for o caso, a reavaliação das especificações técnicas e/ou dos valores estimados dos itens mencionados, a fim de assegurar a exequibilidade da futura contratação e a ampla competitividade do certame.

Atenciosamente,

Licitações / Loja Ortopedica