



SECRETARIA DE SAÚDE – PREGÃO ELETRÔNICO 12/2026
PROC. ADM. 2.505/2026

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa interessada no certame, referente ao item do Termo de Referência que dispõe sobre o CR Kônica e sobre o prazo de resposta para manutenções, informamos o que segue:

Esclarece-se que o equipamento em questão trata-se de um mamógrafo LORAD M-IV, o qual utiliza o CR Konica como sistema de digitalização de imagens. Dessa forma, o CR Konica compõe o sistema do mamógrafo, sendo o equipamento responsável pela digitalização das imagens de mamografia obtidas pelo mamógrafo.

O prazo de 24 (vinte e quatro) horas refere-se a horas corridas, não se limitando às horas úteis. Ressalta-se, entretanto, que deverá ser respeitado o horário de funcionamento da unidade de saúde, compreendido entre 08h e 17h, de segunda a sexta-feira, período no qual será possível a realização dos atendimentos técnicos.

Excepcionalmente, nos casos em que o chamado for registrado na sexta-feira, o atendimento poderá ocorrer até a segunda-feira subsequente, considerando o expediente da unidade.

LISETE CRISTINA GANÉO KINOCK

Secretária de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5DD5-5C31-7913-7DAE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LISETE CRISTINA GANÉO KINOCK (CPF 053.XXX.XXX-11) em 16/03/2026 13:53:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/5DD5-5C31-7913-7DAE>