

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR , CONFORME ANEXO I

Ref: Impugnação ao edital - Univen Healthcare Ltda - email de 10/04/2019

1ª ALTERAÇÃO DO EDITAL

Em resposta a impugnação do edital 16/2019 processo administrativo 47/2019 feita pela empresa Univen Healthcare Ltda a Prefeitura Municipal de Leme, acata parcialmente as reclamações da mesma, alterando o edital da forma abaixo descrita, abrindo o mesmo para a participação de mais empresas, porém, resguardando a Prefeitura para que esta não tenha um custo adicional com a impressora embutido no preço do filme.

Ficam alterados os itens conforme segue:

| Lote 15 | | | | | |
|---------|--|--------|-----|------------|----------------|
| Item | Descrição | Qtde | Un. | Vi. Unit. | Vi. Total |
| 1 | Película de filme no tamanho 20x25cm Dry, em base de Polietileno tereftalo (PET), com cor da base PET azul, sensível a luz infravermelha, com camada antihalo na base de suporte, com cristais de AgX cubicos, velocidade de emulsão super-rápida, densidade da base $\geq 0,23$, densidade máxima < 3 , velocidade de processamento de 90 segundos, totalmente compatível com a impressora Konica Minolta DryPro 832 e 873, para uso em Mamografia e Raios-X. Caso o fornecedor queira ofertar modelo de filme não compatível com a impressora acima descrita já de propriedade da Prefeitura Municipal de Leme, de qualidade igual ou superior ao acima descrito, a empresa terá de fornecer em comodato sem custos adicionais a impressora compatível (de qualidade igual ao superior as acima descritas) com o filme ofertado, juntamente com a entrega do primeiro pedido e esta deverá ficar em poder da Secretaria Municipal de Saúde até o final da vigência da ata de registro de preços. O pedido será feito de acordo com a quantidade de películas adequadas a quantidade para completar a caixa ofertada pelo vencedor do certame, podendo variar de 50 a 200 películas por caixa. | 37.500 | UN | R\$ 2,7818 | R\$ 104.317,50 |

| | | | | | |
|---|--|--------|------|------------|----------------|
| 2 | Película de filme no tamanho 25x30cm Dry, em base de Polietileno tereftalo (PET), com cor da base PET azul, sensível a luz infravermelha, com camada antihalo na base de suporte, com cristais de AgX cúbicos, velocidade de emulsão super-rápida, densidade da base $\geq 0,23$, densidade máxima < 3 , velocidade de processamento de 90 segundos, totalmente compatível com a impressora Konica Minolta DryPro 832 e 873, para uso em Mamografia. Caso o fornecedor queira ofertar modelo de filme não compatível com a impressora acima descrita já de propriedade da Prefeitura Municipal de Leme, de qualidade igual ou superior ao acima descrito, a empresa terá de fornecer em comodato sem custos adicionais a impressora compatível (de qualidade igual ao superior as acima descritas) com o filme ofertado, juntamente com a entrega do primeiro pedido e esta deverá ficar em poder da Secretaria Municipal de Saúde até o final da vigência da ata de registro de preços. O pedido será feito de acordo com a quantidade de películas adequadas a quantidade para completar a caixa ofertada pelo vencedor do certame, podendo variar de 50 a 200 películas por caixa. | 37.500 | UN | R\$ 4,3302 | R\$ 162.382,50 |
| 3 | Película de filme no tamanho 28x35cm Dry, em base de Polietileno tereftalo (PET), com cor da base PET azul, sensível a luz infravermelha, com camada antihalo na base de suporte, com cristais de AgX cúbicos, velocidade de emulsão super-rápida, densidade da base $\geq 0,23$, densidade máxima < 3 , velocidade de processamento de 90 segundos, totalmente compatível com a impressora Konica Minolta DryPro 832 e 873, para uso em Raio-X. Caso o fornecedor queira ofertar modelo de filme não compatível com a impressora acima descrita já de propriedade da Prefeitura Municipal de Leme ou no tamanho 26x36cm, de qualidade igual ou superior ao acima descrito, a empresa terá de fornecer em comodato sem custos adicionais a impressora compatível (de qualidade igual ao superior as acima descritas) com o filme ofertado, juntamente com a entrega do primeiro pedido e esta deverá ficar em poder da Secretaria Municipal de Saúde até o final da vigência da ata de registro de preços. O pedido será feito de acordo com a quantidade de películas adequadas a quantidade para completar a caixa ofertada pelo vencedor do certame, podendo variar de 50 a 200 películas por caixa. | 37.500 | UNID | R\$ 5,3888 | R\$ 202.080,00 |
| 4 | Película de filme no tamanho 35x43cm Dry, em base de Polietileno tereftalo (PET), com cor da base PET azul, sensível a luz infravermelha, com camada antihalo na base de suporte, com cristais de AgX cúbicos, velocidade de emulsão super-rápida, densidade da base $\geq 0,23$, densidade máxima < 3 , velocidade de processamento de 90 segundos, totalmente compatível com a impressora Konica Minolta DryPro 832 e 873, para uso em Raios-X. Caso o fornecedor queira ofertar modelo de filme não compatível com a impressora acima descrita já de propriedade da Prefeitura Municipal de Leme, de qualidade igual ou superior ao acima descrito, a empresa terá de fornecer em comodato sem custos adicionais a impressora compatível (de qualidade igual ao superior as acima descritas) com o filme ofertado, juntamente com a entrega do primeiro pedido e esta deverá ficar em poder da Secretaria Municipal de Saúde até o final da vigência da ata de registro de preços. O pedido será feito de acordo com a quantidade de películas adequadas a quantidade para completar a caixa ofertada pelo vencedor do certame, podendo variar de 50 a 200 películas por caixa. | 37.500 | UNID | R\$ 8,2944 | R\$ 311.040,00 |
| Valor total do lote R\$ 779.820,00 | | | | | |

Secretaria de

ADMINISTRAÇÃO



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Juntos faremos o que deve ser feito!

Aproveito para esclarecer alguns questionamentos acerca dos Lotes 19, ítem 01, e Lote 3, ítem 01 ao 08, conforme segue:

Lote 19, ítem 01 - o tempo de resposta é de 24 horas.

Lote 03, ítems 03 a 08 - agulhas descartáveis normais.

Considerando as alterações supra, ficam alteradas as datas da sessão, conforme segue:

Pregão Eletrônico: Nº 016/19; **Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR, CONFORME ANEXO I; **Edital Na Íntegra:** (www.leme.sp.gov.br Entrar No Link: Licitações - Pregões Eletrônicos 2019); www.bbmnetlicitacoes.com.br; na Rua. Joaquim Mourão, 289, Centro – Leme, Das 08 Às 16 Horas, Departamento de Licitações e Compras: **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** A PARTIR DAS 08:00HORAS DO DIA 02 DE MAIO DE 2019 ATÉ AS 08:00 DO DIA 03 DE MAIO DE 2019;**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** AS 08:01 DO DIA 03 DE MAIO DE 2019;**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** AS 09:30 HORAS DO DIA 03 DE MAIO DE 2019; **REFERÊNCIA DE TEMPO:** PARA TODAS AS REFERÊNCIAS DE TEMPO SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF.LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br “ACESSO IDENTIFICADO”.

Leme, 11 de abril de 2019.

DR. GUSTAVO ANTONIO CASSIOLATTO FAGION

SECRETÁRIO DE SAÚDE

Rua Joaquim Mourão, 289 • Centro • CEP 13610-070 • Leme • SP • CNPJ: 46.362.661/0001-08

(19) 3572.1881 • licitacao@leme.sp.gov.br • www.leme.sp.gov.br