

Pregão Eletrônico 013/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR, VENTOLADOR PULMONAR E FOCO CLINICO PARA UPA.

1ª Alteração do Edital

Considerando a interposição de impugnação pela empresa Leistung Equipamentos Ltda, referente ao descritivo técnico do lote 02.

Considerando os argumentos expressos pela empresa licitante, além de proporcionar o ingresso do maior número de participantes na licitação para fornecimento de equipamento que atenda as reais necessidades da Administração.

Fica alterado o descritivo conforme segue:

Lote	Descrição	Qtde
02	Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para o uso em terapia intensiva, com tela touchscreen colorida de 12". Com os seguintes modos de ventilação: Ventilação com Volume Controlado (VCV); Ventilação com Pressão Controlada (PCV); Ventilação com Fluxo Contínuo, Ciclada a Tempo e com Pressão Limitada (TCPL) e Ventilação Não Invasiva (NIV), com ciclos Assistido/Controlados (A/C), SIMV+PSV e CPAP. Ventilação de backup para apnéia com atuação em todas as modalidades, inclusive em CPAP. Provido de compensação de vazamentos, possibilitando ventilação não invasiva e ventilação com pressão positiva em dois níveis. Capacidade de fluxo de até 180L/min. Principais controles realizados de forma direta pelo operador: FiO2 de 21 a 100%, volume corrente inspirado de 10 a 2000mL, frequência respiratória até 180rpm, tempo inspiratório de 0,10 a 15,0 segundos, PEEP/CPAP até 50cmH2O, pressão controlada até 80cmH2O, pressão de suporte até 80cmH2O, sensibilidade inspiratória por pressão de 0,3 a 10,0cmH2O e sensibilidade por fluxo de 0,2 a 15,0L/min. Monitoração proximal ou distal para fluxo e volume. Identificação automática do tipo de sensor de fluxo e limpeza periódica automática. Oferece recurso para nebulização, ciclo manual, pausa inspiratória automática, pausa inspiratória manual, pausa expiratória manual, manobra para aspiração com acionamento de 100% de O2 temporizado e modo de espera (stand by). Principais alarmes: alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, alto e baixo volume corrente, alta e baixa frequência respiratória, alta e baixa FiO2, apnéia, falha no fornecimento de gás, alta e baixa pressão de entrada de ar e de oxigênio, falha de energia, uso em bateria, baixa carga da bateria e ventilador inoperante. Principais parâmetros monitorados / calculados: pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, volume corrente, volume minuto, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, tempo expiratório, FiO2, relação I:E, pico de fluxo inspiratório e expiratório, resistência inspiratória e expiratória, complacência estática e dinâmica, pressão de oclusão (P0.1), auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo com diferenciação de cores para as fases inspiratória e expiratória, loops pressão x volume e fluxo x volume (apresentação de até cinco curvas simultaneamente). Apresenta gráficos com as tendências para pressão de pico, PEEP, volume corrente, frequência respiratória, resistência, complacência e FiO2, com armazenamento de dados de até 72 horas. Apresenta exclusiva tela e vigilância para fácil identificação dos principais parâmetros do paciente: pressão de pico, PEEP, frequência respiratória, volume minuto, com diferenciação de cores para ciclos controlados, assistidos e espontâneos. Incorpora bateria interna recarregável com	02

autonomia de até 180 minutos e entrada para bateria externa. Alimentação elétrica de 100 a 240 volts. Operação por rede canalizada de ar comprimido e de oxigênio. Quando desligado, armazena na memória os últimos parâmetros ajustados. Armazena o histórico de eventos e alarmes nas últimas 72 horas de uso. ACOMPANHA: 01 Pedestal com rodízios 01 Braço articulado 01 Circuito paciente pediátrico / adulto 01 Circuito paciente neonatal 02 Sensores de fluxo pediátrico 02 Sensores de fluxo adulto 02 Sensores de fluxo neonatal 02 Sensores de fluxo expiratório 01 Válvula de Exalação 01 Diafragma da Válvula de Exalação 01 Conector para TGI / VNI 01 Cotovelo em 90° 01 Mangueira para oxigênio (4 metros) 01 Mangueira para ar comprimido (4 metros) 01 Umidificador aquecido 01 Sensor de temperatura 01 Jarra térmica 01 Manual de operação em português	
--	--

Considerando as alterações supra, ficam alteradas ainda, a data de recebimento de propostas, abertura e sessão de disputa de lances, conforme segue.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DAS 08:00 HORAS DO DIA 22 DE MARÇO DE 2018 ATÉ AS 08:00H DO DIA 23 DE MARÇO DE 2018;

ABERTURA DAS PROPOSTAS: A PARTIR DAS 08:01HORAS DO DIA 23 DE MARÇO DE 2018.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: AS 09:30HORAS DO DIA 23 DE MARÇO DE 2018

REFERÊNCIA DE TEMPO: PARA TODAS AS REFERÊNCIAS DE TEMPO SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF.LOCAL: www.bbmnet.com.br "ACESSO IDENTIFICADO".

Publique-se

Leme, 09 de março de 2018.

Dr. Gustavo Antônio Cassiolato Faggion
Secretario de Saúde

Pregão Eletrônico 013/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR, VENTOLADOR PULMONAR E FOCO CLINICO PARA UPA.

Pela presente, ficam os interessados devidamente intimados de que deverão acessar os sites: www.leme.sp.gov.br (link: licitações) e www.bbmnetlicitacoes.com.br (licitações públicas), para tomarem ciência das alterações do edital e anexos, etc.

1ª Alteração - Nova Data

Pregão Eletrônico: Nº 013/18 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR, VENTOLADOR PULMONAR E FOCO CLINICO PARA UPA. Edital Na **Íntegra:** (www.leme.sp.gov.br - Entrar No Link: Licitações), www.bbmnetlicitacoes.com.br; Ou na Av. 29 De Agosto, 668, Centro – Leme, Das 08 Às 16 Horas, Setor De Licitações: **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** A PARTIR DAS 08:00 HORAS DO DIA 22 DE MARÇO DE 2018 ATÉ AS 08:00H DO DIA 23 DE MARÇO DE 2018; **ABERTURA DAS PROPOSTAS:** A PARTIR DAS 08:01HORAS DO DIA 23 DE MARÇO DE 2018. **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** AS 09:30HORAS DO DIA 23 DE MARÇO DE 2018; **REFERÊNCIA DE TEMPO:** PARA TODAS AS REFERÊNCIAS DE TEMPO SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF. **LOCAL:** www.bbmnetlicitacoes.com.br **“ACESSO IDENTIFICADO”**.

Publique-se

Leme, 09 de março de 2018.

Dr. Gustavo Antônio Cassiolato Faggion
Secretario de Saúde