



Home

Sala de Disputa

Editais e Processos

Atas e Documentos

Recursos

Esclarecimentos

Impugnações

Apenados / Impedidos

Contratações - PNCP

ETP

← CONSULTAR ESCLARECIMENTO

Nome do Usuário

Lucas Persona de Almeida

Participante

Medtronic Comercial LTDA

Solicitação

Solicitação criada às 12:00 em 02/05/2024

A Medtronic Comercial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.772.798/0002-33, com endereço no município de Vinhedo, estado de São Paulo, Estrada Viracopos, km 04, Setor Medtronic, Bairro Distrito Industrial, CEP 13.280-001 apresenta o PEDIDO DE ESCLARECIMENTO relativo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2024. ANEXO IA TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO/PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1) LOTE 55 - RESERVATÓRIO DE 3ML – MINIMED RESERVOIR MMT332A ESPECIFICAMENTE - 35 UND Considerando que o produto MINIMED RESERVOIR MMT332A possui apresentação em Caixa com 10 unidades, e pelo motivo de não ser permitido o fracionamento da embalagem. Gostaríamos de confirmar se a apresentação do ITEM 55 é unidade ou caixa? 2) PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Os objetos deverão estar com prazo de validade mínimo de 80% do prazo máximo de fabricação no ato da entrega LOTE 59 - SENSOR GS3 – 7020C1 CX C/ 5 UNIDADES ou similar O Sensor MMT-7020C1 apresenta Validade de 12 meses a partir da sua fabricação. Contudo, considerando se tratar de produto importado, é necessário levar em consideração que há um prazo para sua importação, logística e trâmites de desembaraço aduaneiro. Assim, o sensor, no seu momento de entrega, possuirá validade pelo menos de 6 meses da data de sua fabricação para comercialização no Brasil. LOTE 62 - TRANSMISSOR GUARDIAN LINK3 REF 7910 ou similar Transmissor de Glicemia Guardian Link 3 - MMT- 7910W1, possui uma bateria interna recarregável, a qual a primeira carga deve ocorrer dentro de 6 meses da fabricação do produto. Após a recarga, a vida útil do produto é de aproximadamente de 12 meses. No entanto, informamos que como são fabricados fora do país, o processo de importação pode levar até 2 meses para disponibilidade de comercialização na Medtronic Brasil. Devido a isso os produtos serão entregues com no máximo 90 dias para recarga. Sendo assim, solicitamos esclarecer se serão aceitas a validade para os produtos supracitados uma vez que se trata de condição específica quanto à natureza do próprio insumo? 2.1) PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA :Deverão ser entregues em até 03 (três) dias úteis a partir do recebimento do empenho, devendo a contratada manter estoques compatíveis com as quantidades solicitadas durante o prazo de vigência da ata, evitando atrasos nas entregas Gostaríamos de esclarecer se é possível considerar o prazo de 10 dias para os entrega dos materiais? Obrigada Atenciosamente,

VOLTAR