

[Home](#)[Sala de Disputa](#)[Editais e Processos](#)[Atas e Documentos](#)[Recursos](#)[Esclarecimentos](#)[Impugnações](#)[Apenados / Impedidos](#)[Contratações - PNCP](#)[ETP](#)[Pesquisar Preços](#)[← CONSULTAR ESCLARECIMENTO](#)

Nome do Usuário

Participante

**REGINA BERNADETE F GUINEZ****Solicitação**

Solicitação criada às 16:54 em 25/06/2024, última edição às 12:32 em 26/06/2024

Ao analisarmos o descritivo do LOTE 34 - INDICADOR BIOLÓGICO 24 HORAS, verificamos que não foi solicitado o comodato da incubadora (equipamento necessário para leitura desses indicadores). Sendo assim, perguntamos: Será necessário o fornecimento de incubadoras em comodato? - Se sim, qual quantidade?

Nome do Usuário

Participante

**Ariane Raquel Zappacosta****Prefeitura Municipal de Leme****Resposta**

Resposta criada às 12:32 em 26/06/2024

Prezados, Em resposta, e após consulta à Secretaria de Saúde, esclarecemos que não haverá necessidade de fornecimento de incubadoras em comodato, eis que a municipalidade já dispõe, em suas unidades de saúde, de incubadoras próprias.

[VOLTAR](#)