

Home

Sala/Modalidades

Editais e Processos

Editais Arquivados

Atas e Documentos

Recursos

Esclarecimentos

Impugnações

Apenados / Impedidos

Contratações - PNCP

Dados de Mercado

← CONSULTAR ESCLARECIMENTO

Nome do Usuário

Lucas Persona de Almeida

Participante

Medtronic Comercial Ltda

Solicitação

Solicitação criada às 14:33 em 07/07/2025

AAUTO SUTURE DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.645.409/0003-90, com a intenção de apresentarmos nossa proposta de maneira correta, solicitamos a gentileza de nos esclarecer sobre os questionamentos abaixo: Em relação aos itens 16 e 17, referentes ao CATETER QUICKSET, foram solicitados os códigos 398A e 399A. No entanto, ambos os descritivos apresentam a mesma especificação de medida, correspondente ao código MMT-398A (6mm x 110cm). Diante disso, gostaríamos de confirmar se podemos considerar as medidas do código 399A (6mm x 60cm) ou se a solicitação se limita à versão de 6mm x 110cm. Aproveitando, gostaríamos também de esclarecer referente a validade dos nossos itens. Os transmissores de Glicemia Guardian Link 3 - MMT-7910W1 e MMT-7840W8 possuem uma bateria interna, recarregável, não substituível, com vida útil de aproximadamente 1 ano após o início de uso. Para o pleno funcionamento da bateria interna, a primeira carga deve ocorrer dentro de 6 meses da data de fabricação do produto. No entanto, informamos que como são fabricados fora do país, o processo de importação pode levar até 2 meses para disponibilidade de comercialização na Medtronic Brasil. Pergunta: serão aceitos os transmissores com prazo de validade de 90 (noventa) dias para sua recarga no paciente? Da mesma maneira, informamos que o sensor MMT - 7040C8 apresenta validade de 12 meses a partir da sua fabricação. Por se tratar de produto importado, é necessário levar em consideração que há um prazo para sua importação, logística e trâmites de desembaraço aduaneiro. Assim, o sensor, no seu momento de entrega, possuirá validade pelo menos de 6 meses da data de sua fabricação para comercialização no Brasil. Pergunta: será aceito o sensor com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias? Obrigada e sendo assim, aguardamos retorno desta R. Administração.

VOLTAR